

2020 04/30 6:51 FAX 0932845501 IAS-サービス 00001/0009

C 作業報告書

依頼者様	田代 歯科医院 様		ご承認印	
住所	長崎市新大工町5-7-2F			
TEL	095-820-7696 宅			
機種名	シャープディスプレイ	メーカー	E19 (予9E19F7.7)	
型式	WD-150 (号機)	製番	1406 0090	
完了	継続	有料	無料	返金回数
				2794 回

ご依頼内容・現象 (460)
ドアがバタンと倒れ2くら
(ご依頼者 様)

原因
ドア開閉機構部ワイヤーが破断
した為

処置
☒部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
☒グリスアップ ☒動作確認 ☒設定・プログラムの確認
☐点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐性能検査立ち会い ☒試運転 ☒最終検査終了・異常なし
・ドア開閉機構部分解、ドアワイヤー左右交換
・組付け後、試運転にて動作・漏れ確認

お客様への伝言

作業日 20 20 年 04 月 22 日

保守	1 保守契約	2 性能点検	3 点検点検	4 点検点検	5 点検	9 点検	(摘要)
サービス形態	1 保守契約	2 性能点検	3 CM	医療機器	3 区分	時	非
作業区分	60 製品点検	10 納入点検	11 現場調整	20 点検点検	30 性能点検	40 点検	50 搬送
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品組入	75 下見	77 FC	80 アフター

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	ドア用ワイヤー (左右)	2	5,000	10,000

1	基本・据付・点検・点検 (見積書No.)	
2	技術料 2 H × 1 名 × 8,000 円	16,000
3	派遣料 4 時間 × 1 名 × 100 円	400
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費 駐車代、商運料含む	13,000
6		

責任技術者	検印	入力	納品書
北九州HSC			
TEL			
実施者	久岡		

取扱業者 (請求先)
IHIAグリティック
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 824295
左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売
M エムシーサービス株式会社
T 347-0013 長崎県千鳥市小島3171-5
TEL 026-278-0720 FAX 026-273-4074
北九州SC 福岡SC 大分SC 熊本SC 鹿児島SC
佐賀SC 長崎SC 山口SC 徳島SC 高松SC
愛媛SC 香川SC 岡山SC 広島SC 山口SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
M 滅菌センター
T 346-0002 長崎県上田町住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社
T 347-0013 長崎県千鳥市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳	
⑬ A	部 品 代 10,000
⑭ B	技術料等 70,000
⑮	
⑯	
税別合計金額	80,000
消費税	8,000
ご請求金額 円	88,000
納 品 書 No.	