2020 11/19 19:37 FAX 0992956871 0002/0002

Ⓒ 作業報告書

得意様	ひだか歯科クリニック 様	ご承認印	池崎
住所	宮山奇県日南市吾田西1-5-48		
TEL	0987-53-7001	宛名	
機種名	ウォッシャーディスインフェクター	メーカー	(株)エHエアグリテック
型式	IC washer (号機)	製番	100310
完了 / 継続 / 有料 / 無料		運転回数	985 回

作業日 2020年11月11日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / ✓ 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / ✓2 スポット / 3 CM / 医療機器 / 区分 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / ✓50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先)
(株)エHエアグリテック
(支店名) 岡山事業所
(ご担当者) 小山 様
(注文No.)

管理No. 823310

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC つくばSC 静岡SC 大阪SC 福岡SC 秋田SC 仙台SC 金沢SC 千葉SC 埼玉SC 名古屋SC 神戸SC 鹿児島SC 仙台SC 金沢SC 埼玉SC 名古屋SC 岡山SC 鹿児島SC 郡山SC 北関東SC 富士SC 静岡SC 広島SC 新潟SC 群馬SC 東京SC 京都SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
工程終了後、ドアを開けると異臭がする
(ご依頼者 様)

原因
本体内部が水漏れしており 時間が経過して
ヘドロ状になったものから異臭が発生していた

処置
- ☐部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☑各部増締め ☐分解・再セットアップ ☑各部清掃
- ☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認
- ☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☑試運転 ☑最終検査終了・異常なし

循環時 ホースより漏れが生じていた
各ホースバンド増締め
内部清掃
水漏れ有無 認OK 洗剤投入量OK
試運転 OK

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

— A

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)		
2	技術料 3 H× 1 名× 8500 円		25500
3	派遣料 名× 円 往復 260km		26000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3000
6	高速代		3780

— B

お客様への伝言

サービスセンター: 鹿児島 TEL
実施者: 黒木

責任技術者	検印	入力	納品書

料金内訳

⑬A 部品代	
⑭B 技術料等	58280
⑮	
⑯ 税別合計金額	58280
消費税	5828
ご請求金額 ¥	64108
納品書No.	

C 実施者→営業