

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	1124	作業日/納入日	2021/03/25(木)	ご依頼日/受付	2021/03/25(木)
お得意様	よしだ歯科クリニック 様			ご依頼者	様
住所	福岡県福岡市南区長住4-1-4			室名	
TEL	092-210-6795			保守契約	なし
実施センター	福岡SC	TEL	092-710-6801	作業者	横山信幸
応援		応援		応援	
メーカー	IHIアグリテック	型式	ICC		
機種名	高圧蒸気滅菌装置	医療機器区分	3区分	特定保守	該当
作業区分	修理	製造番号	100273	運転回数	回
完了・継続	完了 (継続)	有料・無料	(有料) 無料		
請求先	株式会社IHIアグリテック			注文No.	
支店名		ご担当者	様	見積No.	
連絡事項					

ご依頼内容・現象	デンタルモードにて滅菌中にストップする。 乾燥が悪く缶内に水が残っている。		原因				
	エラーNo・コード						
処置	☐ 部品交換	☐ 各部増締	貸出機と入れ替え。 デンタルモードにて試運転実施。 貸出機番号～No-125 S/N 100525				
	☐ 各部清掃	☐ グリスアップ					
	☐ 動作確認	☐ 設定・PG確認					
	☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照)	☐ 異常なし					
交換部品	部品コード	交換部品	数量	定価	単価	金額	備考
作業費用	技術料	1.5 H X 1 名 X 8,500 円 =	12,750 円	合計	部品合計	円	
	派遣料	1.0 名 X 100 円 X 12 km X 1 回 =	1,200 円		作業合計	13,950 円	
	宿泊費	泊 X 名 X 円 =	円			円	
	諸経費		円			円	
			円		税別合計金額	13,950 円	
			円		消費税(10%)	1,395 円	
			円		ご請求額	15,345 円	

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
(横山)	吉田	(横山)	(長川原)	(久保)

納品書No.
10731