

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	1048	作業日/納入日	2021/03/29(月)	ご依頼日/受付	2021/03/24(水)
お得意様	諸熊歯科医院			様	ご依頼者
住所	長崎県長崎市浜町3-20			室名	
TEL	095-816-2281			保守契約	
実施センター	北九州SC	TEL	093-284-5500	作業者	久岡貞弘
応援		応援		応援	
メーカー	IHIアグリテック	型式	BC-17		
機種名	高圧蒸気滅菌装置	医療機器区分	3区分	特定保守	該当
作業区分	修理	製造番号	14070150	運転回数	回
完了・継続	<u>完了</u> 継続	有料・無料	有料	無料	
請求先	株式会社IHIアグリテック 環境プロジェクト部サービスグループ			注文No.	
支店名		ご担当者	様	見積No.	
連絡事項					

ご依頼内容・現象	ドアが開かない	原因	ドアロック用電磁弁およびドアロック検知リミットスイッチ検知不良が考えられます。
	エラーNo・コード		

処置	☐ 部品交換	☒ 各部増締	装置外装取外し、ドアロック部一式分解・各部動作チェック、ドアロック検知チェック、ドアロック・解放テスト。 デンタルモードにて試運転、動作・漏れチェック。
	☐ 各部清掃	☐ グリスアップ	
	☒ 動作確認	☒ 設定・PG確認	
	☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照)		
	☒ 試運転	☒ 異常なし	

交換部品	部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考

作業費用	技術料	H X 名 X 円 =	円	合計	部品合計	円
	派遣料	名 X 円 X km X 回 =	円		作業合計	90,000 円
	宿泊費	泊 X 名 X 円 =	円			円
	諸経費		円			円
	見積もりNo.H21060	90,000 円			税別合計金額	90,000 円
		円			消費税(10%)	9,000 円
		円			ご請求額	99,000 円
		円				

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
(久岡)	諸熊正和	(久岡)	(長川原)	(久保)

納品書No.
10859