

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	2247	作業日/納入日	2021/05/21(金)	ご依頼日/受付	2021/05/06(木)		
お得意様	川上歯科クリニック 様			ご依頼者	様		
住所	福岡県福岡市博多区下臼井778-1			室名			
TEL	092-626-1715			保守契約	なし		
実施センター	北九州SC	TEL	093-284-5500	作業者	久岡貞弘		
応援		応援		応援			
メーカー	IHIアグリテック	型式	ICW-				
機種名	ウォッシャー・ディスインフェクター	医療機器区分	3区分	特定保守	非該当		
作業区分	修理	製造番号	100128	運転回数	1300 回		
完了・継続	☒ 完了 継続	有料・無料	☒ 有料 無料				
請求先	株式会社IHIアグリテック			注文No.			
支店名		ご担当者	様	見積No.			
連絡事項							
ご依頼内容・現象	エラー7が発生した		原因	仕上剤ポンプチューブ硬化により、洗剤ポンプ内でストップしきれず、サイホン現象にて仕上剤が槽内に入り込んでいたと考えられます			
処置	☒ 部品交換 ☐ 各部清掃 ☒ 動作確認 ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照) ☐ 試運転		☐ 各部増締 ☐ グリスアップ ☒ 設定・PG確認 ☒ 異常なし	仕上剤を床に置いてもらい、しばらくご使用いただき、経過様子見。 仕上剤の極端な減りおよびエラー再現なし。 洗剤ポンプチューブ交換。洗剤投入チェック。			
交換部品	部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考	請求先備考
	-なし	洗剤ポンプチューブ	2.00				
作業費用	技術料	H X 名 X 円 =	円	合計	部品合計	円	
	派遣料	名 X 円 X km X 回 =	円		作業合計	25,000 円	
	宿泊費	泊 X 名 X 円 =	円			円	
	諸経費		円			円	
	見積もりNo.H21090	25,000 円	円		税別合計金額	25,000 円	
		円	円		消費税(10%)	2,500 円	
		円	円		ご請求額	27,500 円	
		円	円				
お客様への伝言							

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
久岡	川上	久岡	長川原	久保

納品書No.
1443