

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。
装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2016 年 9 月 日

株式会社 I H I シバウラ

配布先	納入先	イルカ歯科 様	機 種	I C C
客 先	1			
環営メ	1	代理店名 (株) モリタ福岡 様	機 番	0 0 1 0 0 0 2 2
環 品	1			
		顧 客 名	納入年月日	平成 27 (2015) 年 1 2 月
		修 理 者	(株) I H I シバウラ サービス G r 安田	
計	3	返 送 先	〒 長崎県諫早市栄町 9 - 2	発 送 日 2016 年 9 月 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状)

蒸気発生器加熱時間オーバー

エラー 1 5

想定原因

ユーザー様の機械はバージョン 2 3 の機械でしたのでプログラム内の圧力値・時間・温度のずれによるエラーと考えられます。(対応エラーは 1 1. 1 4. 1 5. 1 8) 現在全国展開でバージョンUPを行っているところでした。

工場に引き上げて 3 7 バージョンUPを行い再度負荷をかけて運転し確認をしました。



5 回以上正常終了を確認
したので返却いたします。

今回ご迷惑をおかけしたこと深くお詫びいたします。



その他

承認

附属品 ;

交換部品

審査

部品番号

部品名称

数量

備 考

作成

営業サービス
'16/09/29
安田

営業サービス
'16/09/29
富田

営業サービス
'16/09/29
安田

[illegible]

D 作業報告書

お名前	イルカ 歯科		様	ご承認	
住所	長崎県諫早市栄町9-2		石=反		
TEL	0957-22-3503	署名		ご依頼	石坂 様
機種型式	IC clave	号機		運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	100022
取扱業者名			様	ご担当者	様

ご依頼内容・現象

エラー発生に伴う修理 および
信頼性向上サービスの実施

原因

処置 貸出機と入替作業
・リークテスト、デントルモード実施→OK。
・引渡し および 変更点等説明。

※修理については別紙報告書を
参照下さい

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機種のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 10 月 19 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対策 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守CM	3 医療機器		区分	特 許 非特許
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 10 月 19 日 10 時 00 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コ ー ド 交換部品・機材名称 数量 単 価 金 額

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書No.)	
2	技術料 2 H× 名× 7,500円		¥15,000
3	派遣料 往復380km×(2名×(160円)2名料金		¥60,800
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費	返送料	¥5,000
6		高速料金(小倉⇄諫早)	¥8,820

北九州

実施者 久岡 富貴

TEL - -

部署長 入力 検印 納品書

曹我部 上原 長川 久保

①管理No. 781848

②作業日 20 16 10 19

③Uコード 0957223503

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造No. 1010022

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32-999-9

⑨実施SC 66

⑩技術者 37

⑪同行・応援 66

⑫原因・処理

料 金 内 訳

⑬A

部品代

⑭B

技術料等 89,620

⑮

⑯

税別合計金額 89,620

⑰

消費税 7,169

ご請求金額 ¥ 96,789

納品書No. 6210