

C 作業報告書

店名	たなか歯科医院		様	ご承認印
住所	長崎県諫早市小野町8-1			
TEL	0957-24-6480	室名		
機種名	クラスB オートクレーブ	メーカー	モリタ (IHIエグゼック)	
型式	IC Clave	(号機)		
製造年		製造番	100346	
完	継続	有料	無料	358 回

ご依頼内容・現象

排水口から水漏れする
(排水タンク用)

(ご依頼者 様)

原因

排水口に異物が挟まった可能性が
あります。

処置

☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

・排水タンク用排水口継手交換。

・水漏れチェック

・排水ホース継手 (ホース側) 交換

お客様への伝言

作業日 20 18 年 11 月 08 日

保証	1 保守契約	2 検査	3 点検	4 点検	5 点検	9 点検	(必要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 3ヶ月	3 CM	4 医療機器	5 3	6 区分	7 特 8 非特
作業区分	9 製品点検	10 組立点検	11 組立調整	12 定期点検	13 性能検査	14 点検	15 点検
	16 PR	17 取扱説明	18 改造	19 部品納入	20 下見	21 FC	22 その他

受付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・検材名称 数量 単価 金額

	排水口継手式 1			

1	基本・据付・点検・点検	(見積書No.)	
2	技術料	Z H × / 名 × 8,000 円	16,000
3	派遣料	3900 円 × / 名 × 100 円 (新委託金)	48,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		8,000
6		精製水代他	3,000, 1,000

実施者 北江 HSC
 TEL 093-284-5500
 実施者 久岡

取扱業者 (請求先)

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 811093

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒347-0015 長崎県千鳥町小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

北江 HSC	北江 HSC	北江 HSC	北江 HSC	北江 HSC	北江 HSC	北江 HSC	北江 HSC
北江 HSC	北江 HSC	北江 HSC	北江 HSC	北江 HSC	北江 HSC	北江 HSC	北江 HSC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒846-0032 長崎県上田町住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住家リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

〒807-0013 長崎県千鳥町小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳

⑬ A

部品代

⑭ B

技術料等

⑮

⑯

税別合計金額

消費税

ご請求金額 ¥

納品番号