

C 作業報告書

依頼者	たなか歯科医院		様	ご承認印	(印)
住所	長野県諏訪市小野町8-1				
TEL	0957-24-6480	番号			
機種名	クラスB オートグループ	メーカー	エリク(IIHアグナ)		
型式	IC Clave	号機	100346	← 貸出器 No.93	
完了	確認	有料	無料	修理箇所	432 回

ご依頼内容・現象

歯体温度センサー異常の表示が出て
使用できない(冷えた後も)

(ご依頼者 様)

原因

メーカー引取りにて再度チェックさせて
頂きます。ご迷惑をお掛けします。

処置

- ☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

貸出器 No.93 と入替。
リクエスト, B/Dテスト実施。
引渡し。

お客様への伝言

作業日 20 18 年 11 月 30 日

保守	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 性能点検	5 点検	9 点検	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 点検	3 CM	医療機器	3	区分	特 非 特 非
作 業 区 分	00 製品販売	10 納入設置	11 現場調整	20 定期点検	30 性能点検	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

受付	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了時刻	月	日	時	分

コード 交換部品・機材名称 数 単 価 金額

精製水一式	1		1,000
PCディンク	1		1,000

1	基本・点検・点検・点検	(見積書No.)	108,000
2	技術料 H× 名× 円		
3	派遣料 4000 名× 円 (2名×)		
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		
6			

サービス	北九州SC	実施者	久岡
TEL	093-284-5700		

責任技術者	検印	入力	納品書

取扱業者 (請求先)

(支店名)

(ご担当者)

(注文No)

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

ILHSC 北九州SC 福岡SC 山口SC 徳島SC
 佐賀SC 熊本SC 大分SC 高知SC 宮崎SC
 鹿児島SC 沖縄SC 那覇SC 東京SC 神奈川SC
 千葉SC 埼玉SC 栃木SC 群馬SC 茨城SC
 栃木SC 群馬SC 茨城SC 東京SC 神奈川SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

科 金 内 訳

⑬ A

部品代 2,000

⑭ B

技術料等 108,000

⑮

⑯

税別合計金額 110,000

消費税 8,800

ご請求金額 ¥ 118,800

納品書 No.