

D 作業報告書

得意店	件デントルオフィス		様	ご承認	高宮
住所	佐世保市島瀬町9-17-2F				
TEL	0956-22-7980	室名		依頼	様
機種型式	IC Washer		号機	巡回回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	
取扱業者名	様		ご担当者	様	

ご依頼内容・現象

①. ドアがボタンと開く
 ②. 水漏れあり(ドア左下メイン)
 ③. ディスフレイが点かない。操作不能。

原因

① ドア開閉部ワイヤ- 断裂の為
 ② 断裂したワイヤーの金具が引掛かり、シール不良になっていた為と考えられます。
 ③ 水漏れがDC電源装置に掛かり、ショートした為。

処置

①② ドア開閉用ワイヤ-一式交換、開閉テスト。
 ③ DC電源装置交換。ディスプレイチェック
 ①②③ 組付け、正規な位置に器械設置。高さ位置調整。
 90℃×5分、乾燥仕上制有りにて動作・漏水チェック。

最終確認チェック

☒ 漏れ ☒ 行程異常 ☒ 異音・異臭 ☒ 安全装置動作
☒ 絶縁 ☒ プログラム設定 ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了

お客様への伝言	庫の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 静脈・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 故障あり ☐ 劣化あり 部位
二別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 18 年 3 月 30 日

保守	1 保守契約	2 点検整備	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 点検 (済要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 保守料	3 CM	医療機器	3 区分	特 非 特 非
作業区分	00 器具点検	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
	80 アフター	90 その他				

(24時間制で記入)

受付時間 3 月 30 日 12 時 00 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コ	下	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
		DC電源装置	1		
		ドアワイヤ-一式	1		

1	基本・据付・点検・性能・	(見積書No.)	170,000
2	技術料	日× 名× 円	
3	派遣料	日× 名× 円	
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

部署長	検査	入力	納品書
曾我 33.3.30 部	長川 30.3.30 部	小林	久保
サ-ビスセンター	実施者	久岡	
TEL			

メモ

特記事項

請求先: IHエグゼク

①管理 No. 800033

②作業日 20 18 年 3 月 30 日

③Uコード 0956227980

④⑤機種コード 11-74

⑥製造 No.

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 30-325-1

⑨実施SC 66

⑩技術者 37

⑪同行・応援

⑫原因・処理

料 金 内 訳	
⑬A	部品代
⑭B	技術料等 110,000
⑮	
⑯	税別合計金額 110,000
⑰	消費税 8,800

ご請求金額 ¥ 118,800

納品書 No. 11256