

作業報告書

依頼者	とがし歯科医院		様	ご承認	
住所	佐賀県鹿島市納富分2919-9		様	おし	
TEL	0954-62-7830	室番		ご依頼	
機種型式	クラスB オートクレーブ	号機	107	回	
完了	継続	有料	無料	製番	100312
取扱業者名	様		ご担当者	様	

ご依頼内容・現象
 エレ-29(缶内高温異常)が頻発する

※-カー引取り修理・点検チェックを実施の為一旦貸出器と入替えさせて頂きます。ご迷惑をお掛けします。

※入替え作業, チェック, リークテスト実施
 ※総合試運転, 実運転実施にて動作確認完了(134%)
 ((PCDにミラー付)) (134%点検)

最終確認チェック
☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作
☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言	隣の機材のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Br ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 故障あり ☐ 劣化あり 部位
二刷紙添付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 20 18 年 17 月 14 日

保守形態	1 保守契約	2 点検点検	3 点検点検	4 点検点検	5 点検点検	9 点検点検	(摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 点検点検	3 CM	4 点検点検	5 点検点検	6 点検点検	7 点検点検
作業区分	00 製品完成	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 フック
							90 その他

(24時間記入)

受付時間 17 月 13 日 15 時 00 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	貸出器 (No.44)	(1)		
	精製水一式	1	1,000	
	PCD. インター式	1	1,000	

1	基本 据付・点検・点検・入替費 (2H分)	16,000
2	技術料 2 H × 1 名 × 10,400 円	20,800
3	派遣料 往復 300 km × 1 名 × 100 円	30,000
4	宿泊費 1 泊 × 1 名 × 12,000 円	12,000
5	諸経費 (福岡SC) 機械送料	5,000
6	高速料 (小倉⇄武雄) (福岡⇄武雄)	5,980

サインセンター	北九州 SC	実 久岡	部署長	検印	入力	納品書
TEL 090-4791-5218	福岡 SC	石丸	曾我			

メモ

特記事項
 請洗: IHアグテック

①管理 No. 803598

②作業日 20 18 07 14

③Jコード 0954627830

④機種コード 11 - 93

⑤製造 No. 100312

⑥保守・サービス形態 9-2-50

⑦故障コード 32 - - -

⑧実施 SC 66

⑨技術者 37

⑩同行・応援 07 - - -

⑪原因・処理 - - - 2

料金内訳	
⑬ A	部品代 2,000
⑭ B	技術料等 114,800
⑮	特別値 2,800
⑯	税別合計金額 90,000
⑰ B	消費税 7,200

ご請求金額 ¥ 97,200

納品書 No. 3132