

## ③ 作業報告書

|     |               |    |        |             |
|-----|---------------|----|--------|-------------|
| 表紙綴 | とがし 歯科医院      |    | 様      | ご承認印        |
| 住所  | 佐賀県鹿島市納富分     |    | 2919-9 | 印           |
| TEL | 0954-62-1830  | 室  |        |             |
| 機種名 | クラスBオートクレーブ   |    | メカ     | モタ(IHアグネック) |
| 型式  | IC Clave (号機) |    | 製番     | 100312      |
| 完   | ✓             | 性能 | 有料     | 無料          |
| 運送  | 同梱            |    | 送料     | 107         |

ご依頼内容・現象  
 E7-29 (缶内温度異常)に伴う修理(引取、  
 (ご依頼者 様)

原因  
缶内温度センサー故障の為

処置

☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)

☒ 各部増締め      ☐ 分解・再セットアップ      ☐ 各部清掃

☐ グリスアップ      ☒ 動作確認      ☒ 設定・プログラムの確認

☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)

☐ 性能検査立ち会い      ☒ 試運転      ☒ 最終検査終了・異常なし

- ・貸出器との入替作業
- ・跳, リーウ, PCカードによるテスト。

※添付の点検・修理報告書を参照下さい。

お客様への伝言

作業日 20 18 年 10 月 18 日

|              |                  |         |         |         |       |         |       |        |           |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|--------|-----------|
| 保形<br>サ<br>作 | 守<br>ビ<br>業<br>区 | 1 保守契約  | 2 養生設備  | 3 検査点   | 4 検査点 | 5 点検    | 9 初検  | (摘要✓)  |           |
|              |                  | 1 保守契約  | 2 養生設備  | 3 CM    | 医療機器  | 3       | 区分    |        | 特電<br>非特電 |
| 作<br>区       | 業<br>分           | 60 製品販売 | 10 納入設置 | 11 現物製造 | 25 定点 | 30 性能検査 | 46 点検 | 59 コル  | 60 撤去     |
|              |                  | 70 PR   | 72 取崩   | 73 改設   | 74 新品 | 75 下見   | 77 FC | 80 フケー | 90 その他    |

受 付  月  日  時  分

到着時間  月  日  時  分

作業完了時刻  月  日  時  分

[illegible]

|   |                       |               |              |
|---|-----------------------|---------------|--------------|
| 1 | 基本・据付・点検・性換・          | (見積書No. )     |              |
| 2 | 技術料 <del>第</del> 2 H× | 名× 8,000 円    | 76,000       |
| 3 | 派遣料 徒歩 300 km         | 名× 円 (2名×)    | 48,000       |
| 4 | 宿泊費 泊×                | 名× 円          |              |
| 5 | 諸経費 返送料               | 精製水, PC+G+T-9 | 2,000, 5,000 |
| 6 | 高速料金 (小倉南⇄武雄北)        |               | 6,780        |

|         |                           |           |       |    |    |     |
|---------|---------------------------|-----------|-------|----|----|-----|
| サウスセンター | 北九州SC<br>TEL 093-284-5500 | 実施者<br>久岡 | 責任技術者 | 検印 | 入力 | 納品書 |
|---------|---------------------------|-----------|-------|----|----|-----|

取扱業者 (請求先)

(支店名)

(ご担当省)

(注文No.)

**医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売**

**エムシーサービス株式会社**  
 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5  
 TEL 026-273-0200 FAX 026-273-0074

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC |
| 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC |
| 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC |
| 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC |
| 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC |
| 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC | 圧縮機SC |

**洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト**  
 〒286-0002 千葉県上田市生石200-6  
 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

**滅菌センター**  
 福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

**ARE メディカルケア株式会社**  
 〒387-0013 長野県千曲市小島0172  
 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

管理№ 811054

左記作業をおこないましたので、ご  
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、  
上掲の管理№にてお問い合わせ下さい。

料 金 内 訳

|   |     |  |  |  |
|---|-----|--|--|--|
| A | 部品代 |  |  |  |
|   |     |  |  |  |

|      |    |     |  |
|------|----|-----|--|
| ⑭ B  |    |     |  |
| 技術料等 | 77 | 780 |  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 05 |  |  |  |
|----|--|--|--|

|        |        |
|--------|--------|
| 税別合計金額 | 77 780 |
|--------|--------|

|     |      |
|-----|------|
| 消費税 | 6222 |
|-----|------|

|         |        |
|---------|--------|
| ご請求金額 円 | 84,002 |
|---------|--------|

精品書 No.