

B 作業報告書

依頼者様	もりもと歯科医院様		ご承認印
住所	長崎県大村市木場1-1073-1		
TEL	0957-501091 室名		
機種名	ワッシャー・ディスプレイ	メーカー	モリタ (IHI)
型式	ICW	製番	100230
完了	継続	有料	無料
			956 回

ご依頼内容・現象

漏水検知のエラー発生

(ご依頼者様)

原因

乾燥回路継手よりのもの

処置

☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)

- ☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

スイッチングレギュレーター・Pの水交換

洗浄ポンプライン継手×3 (パッキン含む)

乾燥回路継手×2 (パッキン含む)

機器下部水をきれい除去

試運転

お客様への伝言

作業日 20 19 年 3 月 12 日

保守	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	6 点検	7 点検	8 点検	9 点検	10 点検
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特	非	特	非	特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 機能検査	40 点検	50 ゴール	60 撤去移設	70 PR	72 取扱説明
	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他				

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	洗浄ポンプライン継手	1/5		
	乾燥回路継手	1/5		
	スイッチングレギュレーター	1		
	ポンプユニット			

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	H × 名 × 円	
3	派遣料	名 × 円	
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		
6			

サービス担当者	福岡	実施者	藤山
TEL	092-710-6801	者	

取扱業者 (請求先)

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 811862

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、

上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒385-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 0268-273-0720 FAX 0268-273-4074

札幌SC	長野SC	千曲SC	神奈川SC	大田SC	福岡SC
仙台SC	金沢SC	山梨SC	山梨SC	山梨SC	山梨SC
静岡SC	静岡SC	静岡SC	静岡SC	静岡SC	静岡SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒385-0002 長野県千曲市佐百280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

M CARE メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 0268-273-4115 FAX 0268-273-4116

料金内訳

⑬ A

部品代

⑭ B

技術料等

⑮

⑯

税別合計金額

消費税

ご請求金額 ¥

納品書No.

B 実施者→取扱業者