

C 作業報告書

依頼者 大串歯科医院	様	ご承認印 (大串)
住所 長崎県佐世保市日宇町678-3		
TEL 0956-34-2063	署名	
機種名 エムシーサービス用	メーカー EPA (IHIAグループ)	
型式 IC Washer	(号機)	製番 100225
完了	継続	有料 無料 運送費 2752 回

ご依頼内容・現象

・エー-1 漏洩検出発生・異臭がする
・点検作業

(ご依頼者 様)

原因

・ジョイント継手破損により、水漏れ発生のため
その水漏れが異臭を放っていたと考えられます。

処置

- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
☒ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

- ・継手を改良部品へ純替え。
 ・ドア開閉用スプリング7ヶ-1式交換。
 ・ドア下部シロジツ交換、固定 (水漏れ対策)
 ・後方スパーサーにエース防止対策。
 ・詳細は別紙点検報告書を参照下さい

お客様への伝言

作業日 2018年12月07日

保守 1 保守契約 2 点検 3 点検 4 点検 5 点検 9 点検	サービス 1 保守契約 2 点検 3 点検 4 点検 5 点検 9 点検	作 業 分 区 分
00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 点検 30 性能検査 40 点検 50 点検 60 搬去移設	70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品輸入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他	

受付	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了時刻	月	日	時	分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

ジョイント継手一式	1式		
乾燥回路×2,			
セター×1, セターL×1			
エアー排×1, 上部×1			
ドアバッキング一式	1式		
洗剤ポンプ×7"	2本		
ドア開閉用スプリング7ヶ-1式	1式		
ドア下部シロジツ(銀)	1式		
エー-2-1式(HEPA)	1式		
DC電源カバ-	1枚		

1 基本・搬付	点検・点検	(見積書No.)	30,000
2 技術料	H× 名× 円	追加交換 9点	27,000
3 派遣料	340km×1 名× 100 円	×2回	68,000
4 宿泊費	2泊× 名× 12,000 円	両日朝作業	24,000
5 諸経費			3,000
6	高送料金		17,760

サニタリー	北九州SC	実施者	久岡
TEL 093-284-5500			

取扱業者 (請求先)

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売	〒087-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
エムシーサービス株式会社	
北九州SC 長崎SC 福岡SC 佐賀SC 大分SC 熊本SC 鹿児島SC 沖縄SC 東京SC 神奈川SC 千葉SC 埼玉SC 茨城SC 栃木SC 群馬SC 新潟SC 富山SC 石川SC 福井SC 山梨SC 長野SC 岐阜SC 愛知SC 三重SC 滋賀SC 京都SC 大阪SC 和歌山SC 奈良SC 徳島SC 高松SC 香川SC 愛媛SC 高知SC 福岡SC 佐賀SC 大分SC 熊本SC 鹿児島SC 沖縄SC	
洗浄・滅菌業務委託・医療器具等洗浄・滅菌テスト	
滅菌センター	〒086-0002 長野県上田市佐宮280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム	
メディカルケア株式会社	〒087-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

管理No 811006

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

料 金 内 訳

⑬ A

部品代

⑭ B

技術料等

⑮

値引き

⑯

税別合計金額

消費税

ご請求金額

納品書No

C 実施者→営業