Ⓒ 作業報告書

お得様	林歯科医院 様	ご承認印	林
住所	長崎県島原市津町586-1		
TEL	0957-73-6884	宛名	
機種名	ウォッシャーディスインフェクター	メーカー	モリタ(エルエアグテック)
型式	IC Washer (号機)	製番	100198
完了	継続 / 有料 / 無料	通信回数	597 回

作業日 20 18 年 12 月 15 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット / 3 CM / 医療機器 3 / 区分 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取説説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 PC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先)
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 813303

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒887-0012 宮崎県千歳市小高3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC つくばSC 相模原SC 大阪SC 福岡SC 秋田SC 仙台SC 千葉SC 横浜SC 東京SC 和歌山SC 兵庫SC 鹿児島SC 新潟SC 金沢SC 静岡SC 名古屋SC 広島SC 沖縄SC 郡山SC 北関東SC 富山SC 京都SC 岡山SC 北九州SC 福岡SC 宮崎SC 熊本SC 北九州SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-B TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒887-0013 宮崎県千歳市小高3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
ドアがバタンと倒れてくる
(ドアが閉まりにくい時がある) (ご依頼者 様)

原因
ドア開閉用ワイヤーが切れていた為
(ドアが若干左側に傾いていたので)

処置
- ☑部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☑各部増締め ☑分解・再セットアップ □各部清掃
- ☑グリスアップ ☑動作確認 ☑設定・プログラムの確認
- □点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- □性能検査立ち会い ☑試運転 ☑最終検査終了・異常なし

・装置前に出し、外装取外し、左右ドア開閉用スプリング・ワイヤー一式交換
・上部ジョイントエルボ(維持)より漏れありの為交換。外装取付け後、正規な位置にて高さ調整。・試運転(実運転)にて動作漏れなし。

お客様への伝言
※ドアが軽くなりましたので、ご検収下さい。

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	ドアスプリング・ワイヤー一式	1		
	上部ジョイントエルボ	1		

1	基本・据付・点検・性検・		(見積書No.)	
2	技術料	3 H×	名×	円
3	派遣料 往復480km		名×	円
4	宿泊費	泊×	名×	円
5	諸経費			
6				

科金内訳	
⑬A 部品代	
⑭B 技術料等	100,000
⑮	
⑯ 税別合計金額	100,000
消費税	8,000
ご請求金額 ¥	108,000
納品書No.	

責任技術者	検印	入力	納品書

サービスセンター 北九州 TEL 093-284-5500 実施者 久岡

C 実施者→営業

0006/0006
エムシーサービス
2018 12/17 11:36 FAX 0932845501