

作業報告書

依頼者様	たなか歯科医院		ご承認印
住所	長崎県諫早市小野町8-1		
TEL	0957-24-6480	署名	
機種名	クラスB オートクレーブ	メーカー	モリタ/IIHアグリティック
型式	ICClave (号機)	製番	100346
完了	継続	有料	無料
通回数	704 回		

ご依頼内容・現象

少前にエラ-14(真空時間オーバー)が発生し、
今回エラ-12(ドアセンサ異常)が発生した。
(ご依頼者様)

原因

ドアパッキンに亀裂が入っていた。
(エラ-発生の際は「ドアパッキン」を拭き上げていたのも
ある可能性が思われる)

処置

- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐ 各部増縮 ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
- ☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
- ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
- ☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

・ドアパッキン交換
・試運転 (リグロック、80テスト、デジタル)

お客様への伝言

作業日 20 19 年 4 月 23 日 (22)

保守形態 ☒ 保守契約 ☒ 点検整備 ☒ 点検整備 ☒ 点検 (摘要✓)

サービス形態 ☒ 保守期間 ☒ 2 CM ☒ 医療機器 ☒ 3 区分 ☒ 特約 ☒ 非特約

作業区分 ☒ 00 基品販売 ☒ 10 納入設置 ☒ 11 現地調整 ☒ 20 定期点検 ☒ 30 性能検査 ☒ 40 点検 ☒ 50 点検 ☒ 60 撤去移設

☒ 70 PR ☒ 72 取扱説明 ☒ 73 改造 ☒ 74 部品納入 ☒ 75 下見 ☒ 77 FC ☒ 80 アフター ☒ 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	ドアパッキン	1		

1	基本・据付・点検・注検・	(見積書No.)	
2	技術料	7.5 H× / 名× 8000 円	12,000
3	派遣料	390km 名× 円	39,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	12,000
5	諸経費	高経料金含む	12,000
6			

実施者 北江川 SC 久岡

TEL 093-284-5500

責任技術者 久岡 31.4.30 岡

検印 小林 久保

入力 納品書

取扱業者 (請求先)

IIHアグリティック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

特記事項

①管理 No. 818508

②作業日 20 19 年 4 月 23 日

③Jコード 0957246480

④⑤機種コード 11 - 73

⑥製造 No. 700346

⑦保守・サービス形態 作業区分 9 - 2 - 50

⑧故障コード - -

⑨実施SC 66

⑩技術者 37

⑪同行・応接

⑫原因・処理 - - - 2

料金内訳

⑬A 部品代

⑭B 技術料等 75,000

⑮

⑯ 税別合計金額 75,000

⑰ 消費税 6,000

ご請求金額 円 81,000

納品書 No. 943