Ⓒ 作業報告書

お得意様	大串歯科医院 様	ご承認印	
住所	長崎県佐世保市日宇町678-3		
TEL	0956-34-2063	宛名	
機種名	ウォッシャーディスインフェクター	メーカー	毛利(IHエアグリテック)
型式	IC Washer (号機)	製番	100225
完了 / 継続 / 有料 / 無料		通算回数	5067 (435) 回

作業日 20 20年 04月 16日 (15)

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 メンテナンス / 3 CM / 医療機器 3 区分 / 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 新入設置 / 11 現状調査 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品補入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): IHエアグリテック
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 824299

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC さくらSC 新潟SC 大阪SC 福岡SC 仙台SC 金沢SC 千葉SC 静岡SC 岡山SC 長崎SC 郡山SC 北関東SC 東京SC 名古屋SC 関西SC 佐賀SC 盛岡SC 新潟SC 東京SC 京都SC 熊本SC 北九州SC
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2290 FAX 0268-27-2250
滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4116 FAX 026-273-4115
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

ご依頼内容・現象
建屋の主幹漏電ブレーカーが作動した。(ウォッシャーのブレーカーを切ると入る)
(ご依頼者 様)

原因
循環回路継手破損の為
循環水が漏れ出し、漏電したと考えられます。

処置
- ☑部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☑各部増締め ☑分解・再セットアップ ☑各部清掃
- □グリスアップ ☑動作確認 ☑設定・プログラムの確認
- □点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- □性能検査立ち会い ☑試運転 ☑最終検査終了・異常なし

- 装置前方へ出し、外装取外し、装置内水抜き、拭取り、清掃。
- マニュアル操作にて、循環。漏れ箇所確認。→継手交換。組付け後、漏水・漏電チェック。
- 絶縁改善。試運転にて動作・漏れチェック。

お客様への伝言

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	継手(センターT)	1		
	〃(センターL)	1		

1	基本・脱付・点検・性検・		(見積書No. H20048)		125,000
2	技術料	H×	名×	円	
3	派遣料		名×	円	
4	宿泊費	泊×	名×	円	
5	諸経費				
6					

料金内訳

⑬A 部品代	
⑭B 技術料等	
⑮	
⑯ 税別合計金額	125,000
消費税	12,500
ご請求金額 ¥	137,500
納品書No.	

サービスセンター	北九州HISC	実施者	久岡
TEL			

責任技術者	検印	入力	納品書

C 実施者→営業

2020 04/30 6:52 FAX 0932845501 エムシーサービス 0002/0009