

C 作業報告書

得意店	ついき歯科クリニック		様	ご承認印
住所	長崎市栲島町3-6-3F			
TEL	095-895-5584	署名		
機種名	ワッシャー・ディスインフェクター	メーカー	モリタ/IHIAグリテック	
型式	IC Washer (号機)	製造	100199	
完了	☒	継続	☒	無料
運送回数	2169 (1077) 回			

ご依頼内容・現象

IC Washer 定期メンテナンス

(ご依頼者 様)

処置

- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
- ☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
- ☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
- ☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

お客様への伝言

作業日 20 20 年 11 月 05 日

保守状態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 点検 (摘要)
サービス形態	1 保守契約	2 性能点検	3 CM	医療機器	3	区分
作区分	00 部品取付	10 部品取付	11 点検整備	20 点検整備	30 点検整備	40 点検整備
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
	80 アフター	90 その他				

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	ドアパッキン一式			
	洗剤ホスフ	2		
	ポリフィルター	1		
	HEPAフィルター	1		
	槽内フィルター(兼用)	1		

1	基本・据付・点検・性能	(見積書No.)	85,000
2	技術料	H× 名× 円	
3	派遣料	往復 410km 名× 円	
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

サレセンター	北九州	実施者	久岡
TEL			

取扱業者 (請求先)

IHIAグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 826400

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社

〒397-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

北野SC 北野SC 北野SC 北野SC 北野SC 北野SC 北野SC 北野SC 北野SC 北野SC
北野SC 北野SC 北野SC 北野SC 北野SC 北野SC 北野SC 北野SC 北野SC 北野SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2220 FAX 0268-27-2250

播磨用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

〒397-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳

③ A 部品代

③ B 技術料等 85,000

③ 税別合計金額 85,000

③ 消費税 8,500

③ 請求金額 ¥ 93,500

納品書