

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	834	作業日/納入日	2021/03/15(月)	ご依頼日/受付	2021/03/13(土)	
お客様	アキラデンタルオフィス 様			ご依頼者	様	
住所	長崎県佐世保市本島町3-8			室名		
TEL	0956-22-7980			保守契約		
実施センター	北九州SC	TEL	093-284-5500	作業者	久岡 貞弘	
応援		応援		応援		
メーカー	IHIアグリテック	型式	ICW			
機種名	ウォッシャー・デイスインフェクター	医療機器区分	3区分	特定保守	非該当	
作業区分	修理	製造番号	100012	運転回数	4016 回	
完了・継続	完了 継続	有料・無料	有料 無料			
請求先	株式会社IHIアグリテック 環境プロジェクト部サービスグループ			注文No.		
支店名		ご担当者	様	見積No.		
連絡事項						
ご依頼内容・現象	①エラー6:給水時間超過が発生 ②水漏れ発生 (116/1000)		原因	①給水電磁弁の作動不良が考えられます。 (給水圧力が0.6MPa程度ある事も原因の可能性が考えられます) ②排水ホース劣化・接続部不良の為		
エラーNo・コード						
処置	☒ 部品交換 ☒ 各部増締 ①給水電磁弁交換。給水圧力測定→0.6MPa ☐ 各部清掃 ☐ グリスアップ 給水回路に減圧弁追加にて、給水圧力調整(0.6MPa→0.2MPa) ☒ 動作確認 ☒ 設定・PG確認 ②排水ホース交換。 ☐ 点検表に基づく点検整備 ①②装置を元の位置に戻し、マニュアル操作にて給水量・給水時間チェック。昇温・循環・排水・漏れチェック。 ☒ 試運転 ☒ 異常なし					
交換部品	部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考
	A8207005	水用減圧弁	1.00	17,600	17,600	
		排水ホース一式	1.00	1,600	1,600	
		配管材料一式	1.00	2,400	2,400	
作業費用	基本料	円				
	技術料	H X 名 X 円 =	円			
	派遣料	名 X 円 X km X 回 =	円			
	宿泊費	泊 X 名 X 円 =	円			
	諸経費	円				
	見積もりNo.H21039	128,400 円				
		円				
			合計			
			部品合計	21,600 円		
			作業合計	128,400 円		
				円		
				円		
			税別合計金額	150,000 円		
			消費税(10%)	15,000 円		
			ご請求額	165,000 円		

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
(久岡)	山 川	(久岡)	(長川原)	(小林)

納品書No.
10439