


作業者用



株式会社SHIKURA

環境事業部 環境サービスGL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL086-944-6528
FAX086-942-9030

クラスB オートクレーブ BC-17設置報告書

お客様	名称 岸本歯科 様	製造番号 14070119	〒870-0937 大分市南津留3番20号 岸本歯科 ☎ 097-552-7535 岸本満雄 確認
	住所 大分県大分市南津留3-20	納入検査実施日 2014.10.29	
	納入場所	納入検査実施者 エムシーサービス(株) 曾我部	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態	
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ	
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	行程表示LEDの点灯	
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ	
	✓	網カゴ・破損汚れ		✓	本体の水平確認・基準傾き内	
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		✓	アジャスタットの緩み・設置状態	
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御	✓	キズ・汚れ	
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷	
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ		✓	運転プログラムの確認	
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	入力・出力確認	
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	✓	B&Dテスト実施	
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	リークチェックテスト -86.2kPa → -86.2kPa	
	✓					
異常なし			その他	✓	付属品の確認	
✓				✓	運転説明	
				✓	装置内運転時異音	

出張時間	数量	単価	金額
			ヘリシクステスト HPR3 HPR4 HPR5 C-PCBTレジン