

D 作業報告書

依頼者 岸本 歯科	様	ご承認 [印]
住所 大分市南津留3-20		
TEL 097-552-7535	室名	依頼 様
機種 BC-17	号機	運転回数 808 回
完了	継続	有料
無料	製番	14070119
取扱業者名	様	ご担当者 様

ご依頼内容・現象
ドアロックエラーが発生する

原因
ドアロック部作動不良と考えられます。
(インターロックが掛からない事がある)

処置・マニュアルによるロック動作を繰り返して行いましたが、ロック(電磁ロック)作動は見受けられませんでしたので、締付け部調整と、引掛かり調整実施。
・マニュアルにて ロック⇔アンロック繰り返し。
・リクテストにて漏れチェック。
・実運転立会い。→OK。再度ロック動作チェック。

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言

戻の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 11 月 22 日

係形 守態

1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 点検
--------	--------	--------	------	------	------

(摘要✓)

サービス形態

1 保守期間	2 保守	3 CM	医療機器	区分	特許	非特許
--------	------	------	------	----	----	-----

作業区分

03 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検	60 撤去移設
70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他

(24時制で記入)

受付時間 11 月 22 日 14 時 00 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能点検・	(見積書No.)
2	技術料 3 H× 1 名× 7,500 円	22,500
3	派遣料 往復250km× 1 名× 100 円	25,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	高速料金(小倉⇔大分)	7,160

サインセンター

北九州

TEL - -

実施者 久岡

特記事項

請託: IH システム

①管理 No 781865

②作業日 20 16 11 22

③Jコード 0975527535

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No 14070119

⑦保守・サービス形態 作業区分

⑧故障コード 32 - - -

⑨実施 SC 66

⑩技術者 37

⑪同行・応援

⑫原因・処理 - - - 2

料 金 内 訳

⑬ A

部品代

⑭ B

技術料等 58 660

(57660)

⑮

値引き 15,160

⑯

税別合計金額 42,500

⑰ B

消費税 3,400

ご請求金額 ¥ 45,900

納品書 No 7226