

③ 作業報告書

招牌	岸本 歯科		様	ご承認印
住所	大分市南津留3-20			
TEL	097-552-7535	番名		
機名	クラスボートグループ	メーカー	モリタ (JHL) テック	
型式	BC-17	(号機)		
	BC-17	製造番号	141070119	
気	離機	有料	無料	返金
			1999	

ご依頼内容・現象
滅菌行程後(排蒸5~6)にて
エラ-30(缶体真空異常)が発生する。
(依頼者)

原因
真空ポンプ作動不良の為

- 処置
- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
 - ☒ 各部増締め
 - ☒ 分解・再セットアップ
 - ☒ 各部清掃
 - ☐ グリスアップ
 - ☒ 動作確認
 - ☒ 設定・プログラムの確認
 - ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
 - ☐ 性能検査立ち会い
 - ☒ 試運転
 - ☒ 最終検査終了・異常なし

・装置外装取外し、真空ポンプ交換。
・リークテスト、デジタルモードにて運転確認。
・121℃滅菌立会い運転。

お客様への伝言

作業日 20 19 年 1 月 17 日

保守形態	1 保守契約	2 点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 点検	(摘要)	
サービス形態	1 保守契約	2 点検	3 CM	医療機器	3	区分	付 非付	
作業区分	00 製品販売	10 組入設置	11 現地調校	20 定期点検	30 生体検査	40 点検	50 点検	60 除去検査
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
交換品	真空ポンプ	1		

1	基本・搬付・点検・性検	(見積書No.)	
2	技術料	H× 名× 円	
3	派遣料	名× 円	
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

責任技術者	横印	入力	納品書
北九州			
実施者	久岡		
TEL			

取扱業者 (請求先)

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

滅菌センター

〒386-0002 長野県千曲市佐倉280-8
TEL 026-27-2720 FAX 026-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4113 FAX 026-273-4116

管理№ 813309

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

料金内訳	
⑬ A	
部品代	
⑭ B	
技術料等	52,000
⑮	
⑯	
税別合計金額	52,000
B	
消費税	8,240
ご請求金額 ¥	60,240
納品書№	