Ⓒ作業報告書

お客様	わたなべ歯科医院 様	ご承認印	
住所	宮崎県えびの市大字小田596-8		
TEL	0984-35-7050	宛名	
機種名	クラスB オートクレーブ	メーカー	モリタ(4ヨダエレクトリック IHIエアグリテック)
型式	BC-17 (号機)	製番	14070129
完了	継続	有料	無料	運転回数	3550 回

作業日 2020年06月04日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 作業外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット ✓ / 3 CM / 医療機器 3 区分 / 有 ✓ / 無

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 ✓ / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 ロ ✓ / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): IHIエアグリテック
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 826275

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
北九州SC 長野SC つくばSC 大宮川SC 宮城SC 相模SC 秋田SC 横浜SC 平塚SC 静岡SC 長崎SC 仙台SC 金沢SC 埼玉SC 名古屋SC 岡山SC 宮崎SC 北関東SC 万野園SC 福岡SC 鹿児島SC 新潟SC 静岡SC 東京SC 京都SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器再洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉240-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
個社用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-278-4116

ご依頼内容・現象
エラー87:蒸気発生器圧力過昇発生に伴い引上げ修理 および 定期メンテナンス実施
(ご依頼者 様)

原因
蒸気発生器圧力監視用圧力スイッチの誤検知により、真空行程にて蒸気発生器の圧力を高過ぎると検知してしまっていた為。
(1000回定期メンテナンス実施の表示が出ていたので、点検実施)

処置
- ☑部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☑各部増締め ☑分解・再セットアップ ☑各部清掃
- □グリスアップ ☑動作確認 ☑設定・プログラムの確認
- ☑点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- □性能検査立ち会い ☑試運転 ☑最終検査終了・異常なし

◎蒸気発生器用圧力スイッチ交換。設定値確認。
◎安全弁作動テスト。 ◎ドアパッキン定期交換
◎点検表に基づく点検作業実施。
※詳細は別紙点検表を参照下さい
◎総合試運転にて動作・漏れチェック。◎器械返却。

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	ドアパッキン	1		4,600
	蒸気発生器用圧力スイッチ	1		12,600

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No. H200558)			280,000
2	技術料	H×	名×	円	
3	派遣料・		名×	円	
4	宿泊費	泊×	名×	円	
5	諸経費				
6					

科金内訳	
⑬A 部品代	17,200
⑭B 技術料等	280,000
⑮	
⑯ 税別合計金額	297,200
消費税	29,720
ご請求金額¥	326,920
納品書No.	

お客様への伝言

サービスセンター: 北九州SC TEL 080-4771-5218 実施者: 久岡

責任技術者	検印	入力	納品書

Ⓒ 実施者➡営業

2020 07/03 0:03 FAX 0932845501 エムシーサービス 0001/0005