

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	2385	作業日/納入日	2021/05/25(火)	ご依頼日/受付	2021/05/24(月)		
お得意様	岸本歯科 様			ご依頼者	様		
住所	大分県大分市南津留3-20			室名			
TEL	097-552-7535			保守契約	なし		
実施センター	北九州SC	TEL	093-284-5500	作業者	久岡貞弘		
応援	応援	応援	応援	応援	応援		
メーカー	IHIアグリテック	型式	BC-17-				
機種名	小型高压蒸気滅菌器	医療機器区分	3区分	特定保守	該当		
作業区分	修理	製造番号	14070119	運転回数	3370 回		
完了・継続	<u>完了</u> 継続	有料・無料	<u>有料</u> 無料				
請求先	株式会社IHIアグリテック			注文No.			
支店名		ご担当者	様	見積No.			
連絡事項							
ご依頼内容・現象	エラー30が発生する (定期メンテナンス実施の表示が出ている)		原因	真空ポンプ作動不良の為 (前回点検実施より2000回以上運転している)			
エラーNo・コード							
処置	☒ 部品交換 ☒ 各部増締 試運転にて現象確認。排蒸行程にて真空ポンプが作動せずエラー30発生。→真空ポンプ交換。 ☒ 各部清掃 ☐ グリスアップ 定期メンテナンス実施。 ☒ 動作確認 ☒ 設定・PG確認 121度プログラム実施にて動作・漏れチェック。 ☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照) ☒ 試運転 ☒ 異常なし						
交換部品	部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考	請求先備考
	T00101420	真空ポンプ	1.00	62,000	62,000		
作業費用	技術料		H X 名 X 円 =	円	部品合計	62,000 円	
	派遣料	名 X 円 X km X 回 =	円	作業合計	100,000 円		
	宿泊費	泊 X 名 X 円 =	円		円		
	諸経費		円		円		
	見積もりNo.H21096	100,000 円	合計	税別合計金額	162,000 円		
		円		消費税(10%)	16,200 円		
		円		ご請求額	178,200 円		
		円					
お客様への伝言							

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
久岡	山崎	久岡	長川	小林

納品書No.
1679