

シバウラ用



環境事業部 環境芸術部GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺 新地170番6

TEL086-944-6528

FAX086-942-9030

お客様	名称	製造番号	ご確認 
	住所	納入検査実施日	
	納入場所	納入検査・会社・実施者	
	おく小児矯正歯科	14070127	
	鹿児島市田上5-4-27	2015. 3. 27	
		エムシーサービス㈱ 福岡SC 久岡	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	√	開閉動作確認	外装・設置	√	本体の水平確認・基準傾き内
	√	ドアパッキンキズ・汚れ点検		√	アジャスタフットの緩み・設置状態
	√	ドアロックユニット作動確認		√	キズ・汚れ
	√	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		√	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	√	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	√	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	√	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		√	入力・出力確認
	√	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	√	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	√	洗剤投入量の確認			
	√	ローラーポンプの動作確認			
給排水	√	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	√	付属品の確認
	√	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		√	運転説明
				√	装置内運転時異音・振動
電装系	√	電源スイッチの作動状態			
	√	SDソケットの反応・汚れ			
	√	行程表示LEDの点灯			
	√	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

[illegible]