

D 作業報告書

お客様 鹿見島セントラル歯科 様	ご承認印
住所 鹿見島市中央町10 キヤピル6F	白紙
TEL 099-250-3151 室	依頼 様
機種 IC Washer	号機 271 回
完了	継続
有料	無料
製番 100051	
取扱業者名 株式会社 IHI シバウラ	ご担当者 田中 要田 様

ご依頼内容・現象

- 給水時間超過 { 4/10 開始 8:37 終了 8:57 本洗手 - 給水
- 槽内温度低下 ① 開始 8:58 終了 9:07 槽内ゴミ除去 - 給水

原因

開始 9:10 終了 10:23
熱水補給 - 加温

処置

給水限度時間設定 (300秒)
給水種の設定
給水時間の確認 (11L)
設定値の更新
槽内ゴミ取りアミ清掃
加温確認 18℃ → 90℃ (約34分)
試運転良好 基板と1877-確認

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 4 月 11 日

保守 形態	1 保守 契約	2 検査 整備	3 性能 点検	4 点検 整備	5 点検	9 対象 外	(摘要✓)
サービス 形態	1 保守 期間	2 スポ ット	3 CM	医療 機器	区分	特 管	非 特 管
作業 区分	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検	50 コー ル
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC	80 フ ター
							90 そ の 他

(24時間制で記入)

受付時間 4 月 11 日 10 時 00 分
出発時間 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了 月 日 時 分

メモ

特記事項

①管理 No. 774964
②作業日 20 16 04 11
③Jコード 0992503151
④⑤機種コード 11 - 09
⑥製造 No. 100051
⑦保守・サービス形態 作業区分 ☐ - ☐ - ☐
⑧故障コード 21 - ☐ - ☐
⑨実施SC 75
⑩技術者 78
⑪同行・応援 ☐ ☐ ☐
⑫原因・処理 7-7-7-2

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 2.5 H× / 名×7500 円		18,750
3	派遣料 / 名× 円		7,200
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3,000
6	駐車料金		1,440

サレシエンター
鹿見島
TEL - -
実施者 勝目

部署長 入力 検印 納品書
小林 佐藤 久保

料 金 内 訳

⑬ A
部品代 0

⑭ B
技術料等 30,390

⑮
30,390

⑯
税別合計金額 30,390

B
消費税 2,431

ご請求金額 ¥ 32,821

納品書 No. 480