

作業報告書

お客様 住所	鹿児島セントラル歯科様		ご承認印
TEL	099-250-3151	室名	
機種 型式	IC Washer		号機
完了	継続	有料	無料
製造	100051		製番
取扱業者名	(株)IHI エバウラ		ご担当者
	様		(印) 安田様

ご依頼内容・現象

扉左下より水漏れ

原因

処置

扉パッキンあたり面清掃
本体レベル調整
アインストールによる洗浄槽内の掃除
説明と運転実施
運転良好。水漏れなし。

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣機の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 12 月 1 日

保守 守態

1 保守契約 ☐ 2 性能点検 ☐ 3 性能点検 ☐ 4 点検 ☐ 5 点検 ☐ 6 点検 ☒ (摘要)

サービス形態

1 保守期間 ☐ 2 ポイント ☒ 3 CM ☐ 医療機器 ☐ 区分

作 業 分

00 製品販売 ☐ 10 納入設置 ☐ 11 現地調査 ☐ 20 定期点検 ☐ 30 性能検査 ☐ 40 点検 ☐ 50 コール ☐ 60 搬去移設 ☐

70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 FC ☐ 80 アフター ☐ 90 その他 ☐

(24時刻で記入)

受付時間 7 月 1 日 13 時 00 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 7 月 1 日 17 時 00 分

メモ

特記事項

①管理No. 780478

②作業日 20 16 07 01

③Uコード 099-250-3151

④⑤機種コード 11-09

⑥製造No. 100051

⑦保守・サービス形態 8-2-50

⑧故障コード 60-501-3

⑨実施SC 75

⑩技術者 78

⑪同行・応援

⑫原因・処理 8-8-8-8

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 1.5 日 × 1 名 × 7,500 円		11,250
3	派遣料 1 名 × 円		7,200
4	宿泊費 泊 × 名 × 円		
5	諸経費		3,000
6	駐員料金		600

サービスセンター

鹿児島

実 施 者

勝 目

部署長

入力

検印

納品書

小林

青原

久保

料 金 内 訳

⑬A

部品代 0

⑭B

技術料等 22,050

⑮

⑯

税別合計金額 22,050

⑰

消費税 1,764

ご請求金額 ¥ 23,814

納 品 書 No. 2764