

D 作業報告書

お客様 鹿児島セントラル歯科 様	ご承認印
住所 鹿児島市中央町10番ビル6F	
TEL 099-250-3151	署名 依頼 様
機種 型式 IC Washer	号機 回転回数 600 回
完了	継続 有料 無料 製番 100051 ✓
取扱業者名 (株) IHI サービス 様	ご担当者 (株) 小野 様

ご依頼内容・現象

エラー2
洗浄槽満水

原因

処置
排水ホース接続口より水滴の為手直し。
排水ホース取り直し確認(折れのないように)
本体レベル調整。
(キャスター部分ゴム板取り付け)
マニュアルにて給水・排水動作チェック良好
試運転実施 OK

最終確認チェック
☒ 漏れ ☒ 行程異常 ☒ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了

お客様への伝言

装置を動かすと本体のレベル
や排水ホースの取り直し
が変な場合があります。

別紙添付 ☒ あり ☒ あり

隣の機種のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・E
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり
 部位

作業日 20 16 年 10 月 19 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	6 対象外 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	4 医療機器	5 区分	6 特等
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
					80 アフター	90 その他

(24時間で記入)

受付時間 10 月 18 日 17 時 00 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 10 月 19 日 18 時 00 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 3 日 × 1 名 × 7,500 円		22,500
3	派遣料 1 名 × 円		7,200
4	宿泊費 泊 × 名 × 円		
5	諸経費		3,000
6	駐車料金		800

サインセンター	鹿見鳥	実施者	勝目
TEL	-		

メモ

特記事項

①管理No. 780495
 ②作業日 20 16 年 10 月 19 日
 ③Uコード 099-250-3151
 ④⑤機種コード 11 - 09
 ⑥製造No. 100051
 ⑦保守・サービス形態 8-2-50
 ⑧故障コード
 ⑨実施SC 75
 ⑩技術者 78
 ⑪同行・応援
 ⑫原因・処理 9-9-9-2

料金内訳

⑬A
 部品代 0
 ⑬B
 技術料等 33,500
 ⑬
 ⑬

⑬
 税別合計金額 23,500
 ⑬
 消費税 2,680

ご請求金額 ¥ 36,180

納品書No. 6054