

C 作業報告書

得意様	小森歯科クリニック 様		ご承認印
住所	鹿児島市武岡 4-11-8		小森
TEL	099-204-9955	署名	様
機種型式	IC Washer	号機	730 回
完了	継続	有料	無料
製希	100-246		
取扱業者名	山エヒアクリニック 様	ご担当者	小山 様

ご依頼内容・現象

ミルク用 ホトルセンサー式交換。
(差し込みプラグ部分破損)

原因

処置

ミルク用ホトルセンサー式交換。
洗浄。ミルク投入チェックOK。
試運転良好

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐異常なし ☐警報・Er
☐漏れあり ☐異音あり
☐破損あり ☐劣化あり

部位

☐別紙添付 ☐あり ☒なし

作業日 20 18 年 11 月 22 日

保守	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特	非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ゴール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 11 月 22 日 10 時 00 分
出発時間 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 11 月 22 日 18 時 00 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	センサー部(ホトル用)1式			支給品

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書No.)	
2	技術料 1.5H × 名 × 8,000 円		12,000
3	派遣料 1 名 × 円		7,200
4	宿泊費 泊 × 名 × 円		
5	諸経費		3,000
6			

サイン

鹿児島

TEL - -

実施者

勝田

部署長

検印

入力

納品書

メモ

管理No. 806544

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC 長野SC つくばSC 神奈川SC 大阪SC 福岡SC
仙台SC 松本SC 千葉SC 静岡SC 兵庫SC 長崎SC
山形SC 金沢SC 埼玉SC 名古屋SC 岡山SC 鹿児島SC
新潟SC 北関東SC 岐阜SC 京都SC 北九州SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CORE メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳

⑬ A

部品代

0

A

⑭ B

技術料等

22,200

⑮

⑯

税別合計金額

22,200

B

消費税

1,776

ご請求金額 ¥

23,976

納品書No.

C 実施者 → 営業