

作業報告書

得意様	おく小児矯正歯科 様			ご承認印
住所	鹿児島市田上5丁目4-27			成澤
TEL	099-214-6471	署名		様
機種型式	ワッシャー WD-150	号機	1839	回
完了	継続	有料	無料	製番 14060109
取扱業者名(社)	IHエグレクトック 様		ご担当者	小山 様

ご依頼内容・現象
水漏れエラー発生

原因
排水完了センサーに取付てある白いブロックから排水時多量の水漏れ有

処置
センサーボックス交換
水漏れ確認 OK
背面部分増し締めOK
試運転 OK

最終確認チェック

☒ 漏れ	☐ 行程異常	☒ 異常・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☒ 試運転	☒ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション
メーカー
機種
☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異常あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☒ 無し

作業日 20 20 年 6 月 15 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	☒ 対象外 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特 非 特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 6 月 11 日 16 時 00 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 6 月 15 日 10 時 30 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	センサーボックス	1		支給品

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書No. 6/12 2-5h)	
2	技術料	4 日 × 1 名 × 8000 円	32000
3	派遣料	1 名 × 7200 円 × 2 日	14400
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費	3000 円 × 2 日	3000
6			

サービスセンター

鹿児島

TEL - -

実施者 黒木

メモ

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

北沢SC 新潟SC 群馬SC 神奈川SC 大阪SC 北九州SC
 津島SC 長野SC 長野SC 静岡SC 静岡SC 福岡SC
 秋田SC 秋田SC 秋田SC 秋田SC 秋田SC 秋田SC
 山形SC 山形SC 山形SC 山形SC 山形SC 山形SC
 郡山SC 北関東SC 東京SC 東京SC 東京SC 東京SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

LORE メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

管理No. 783231

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

料 金 内 訳	
⑬ A	
部品代	
⑭ B	400
技術料等	32000
⑮	
⑯	
⑰	400
税別合計金額	32400
消費税	940
ご請求金額 ¥	33340
納品書No.	