

C 作業報告書

科 種 別	おく小児矯正歯科		様	ご承認印
住所	鹿児島市田上5丁目4-27		萩原	
TEL	099-214-6471	署名		
機種名	ワンソーディスインフューター	メーカー		
型式	WD150 (号機)	製番	14060109	
完了	継続	有料	無料	運搬回数 1941 回

ご依頼内容・現象

槽内温度上昇エラー、循環水圧低下エラー発生
下段アームが固定できず外れる (ご依頼者 様)

原因

下段アームがうまく固定できておらず運転が正常に行なえず上記エラーがでた

処置

- ☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい) ☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし
- 下段アームを固定する白チップのネジ山がだめになっているのでナットとワッシャーで固定しています。

お客様への伝言

作業日 20 20 年 7 月 1 日

保守形態	1 保守契約	2 性能整備	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	☒ 対象外 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	☒ スポット	3 CM	医療機器	区分	特 非 管 特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

受付 7 月 1 日 9 時 30 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 7 月 1 日 13 時 00 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性能検査	(見積書No.)	
2	技術料	2 H × 1 名 × 8000 円	16000
3	派遣料	1 名 × 7200 円	7200
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費	3000 円	3000
6			

サービスセンター 鹿児島 実施者 黒木
TEL

責任技術者	検印	入力	納品書

取扱業者 (請求先)

(株) エイアグリテック

(支店名)

(ご担当者)

小山 様

(注文No.)

管理No. 823202

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC 長野SC つくばSC 神奈川SC 大宮SC 福岡SC
仙台SC 松本SC 千葉SC 静岡SC 静岡SC 長崎SC
新潟SC 金沢SC 埼玉SC 東京SC 東京SC 鹿児島SC
群馬SC 新潟SC 群馬SC 東京SC 東京SC 鹿児島SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CORE メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳

⑬ A

部品代

⑭ B

技術料等

26 200

⑮

⑯

税別合計金額

26 200

消費税

2 620

ご請求金額 ¥

28 820

納品書No.