

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	925	作業日/納入日	2021/03/17(水)	ご依頼日/受付	2021/03/16(火)
お得意様	小森歯科クリニック 様			ご依頼者	様
住所	鹿児島県鹿児島市武岡4丁目11-8			室名	
TEL	099-204-9955			保守契約	
実施センター	鹿児島SC	TEL	099-295-6875	作業者	勝目洋樹
応援		応援		応援	
メーカー	IHIアグリテック	型式	ICW		
機種名	ウォッシャー・デイスンフェクター	医療機器区分	3区分	特定保守	非該当
作業区分	修理	製造番号	100246	運転回数	2069 回
完了・継続	☒ 完了 ☐ 継続	有料・無料	☒ 有料 ☐ 無料		
請求先	株式会社IHIアグリテック 環境プロジェクト部サービスグループ			注文No.	
支店名	岡山	ご担当者	小山 様	見積No.	
連絡事項					

ご依頼内容・現象	ディスプレイが消灯した。		原因	スイッチング電源動作不良の為
	エラーNo・コード			

処置	☒ 部品交換	☐ 各部増締	スイッチング電源交換。 洗剤ポンプチューブ継手部分より洗剤漏れあり。 洗剤漏れ手直し完了。 水漏れチェック良好。
	☐ 各部清掃	☐ グリスアップ	
	☒ 動作確認	☐ 設定・PG確認	
	☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照)		
	☒ 試運転	☒ 異常なし	

交換部品	部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考
	-なし	スイッチング電源	1.00			

作業費用	技術料	4.0 H X 1 名 X 8,500 円 =	34,000 円	合計	部品合計	円
	派遣料	1.0 名 X 7200 円 X km X 2 回 =	14,400 円		作業合計	51,400 円
	宿泊費	泊 X 名 X 円 =	円			円
	諸経費		3,000 円			円
			円		税別合計金額	51,400 円
			円		消費税(10%)	5,140 円
			円		ご請求額	56,540 円

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
	小森政直			

納品書No.
10480