

修理報告書(お客様用)

管理 No.

発行日： 平成 28年 9月 21日

顧客名 わかばデンタルクリニック		製品名 高圧蒸気滅菌器		ユニット名	
(部署) ご担当 様		型式名 BC-17		ユニット型	
所在地 〒610-0357 京都府京田辺市山手東2-5-7		TEL 0774-63-0006		製造No. 14090178	
販売店 様		受付 28年 9月 16日		担当 納入 27年 5月 9日	
店所名 様		完了 年 月 日		保証期間 内□ 外 ☒	
障害状況(症状・条件等を記載)				発生頻度 常時□ 頻発□	
・扉が開かない。				時々□ 一度□	
弊社にて確認しましたが、上記の不具合は発生しませんでした。製品が到着した段階で問題なく扉を開くことができ、製品運転後も問題なく扉を開けることができました。				再現せず ☒	
現段階では、製品に問題がないと判断できますので、扉ロックユニットの調整を行いご返却いたします。				付属品 有り□ ()	
				無し ☒	
				添付資料 有り□ ()	
				無し ☒	
修理内容(障害箇所・処置内容を記載)				障害分類	
・プログラムの更新(04k)				処置分類	
・扉ロックユニットの調整				点数	
・装置の清掃					
安全性試験結果: 良					
交換部品名称及び定格		数	単価	小計	点検技術料
					分類
					¥
					技術料
					点/H
					¥
					出張料
					点
					¥
					部品費
					計
					¥
					梱包運送費
					片道□ 往復□
					¥
					宿泊費
					¥
					諸経費
					¥
					合計金額
					¥
					有償□ 無償□
					売上¥
					売上票No.
記事					
上記金額には消費税が含まれていません。					
品質管理欄		発行元 田中		修理時間 H	
		保守区分 保守点検 □		責任技術者	
		出張保守 □		検査者	
		引取拠点 □		修理者	
		引取工場 ☒			
				16.9.30 16.9.30 16.9.29	

チヨダエレクトリック株式会社

・長野県千曲市八幡4601-3

TEL: 026-273-1818

・長野県千曲市新田 124

TEL: 026-273-1800

(帳票75B-4 2/2)

[illegible]