

D 作業報告書

お得意様 いなづま整形外科医院 様	ご承認印
住所 京都府宇治市広野町東栗12-1	
TEL 0774-44-3143	室名 ご依頼
機種型式 WD-150(貸出機)	号機 運転回数
完了	継続
有料	無料
製番 14070119	回
取扱業者名	ご担当者

ご依頼内容・現象
Er-8

原因
循環ポンプ作動不良

処置
。循環ポンプ交換取付
。試運転

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 16 年 5 月 16 日

保守 1 保守契約 2 性能整備 3 性能点検 4 点検整備 5 点検 9 対象外 (摘要✓)	サービス形態 1 保守期間 2 保守 3 CM 医療機器 区分 特 非 管 特
作業区分 00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 撤去移設 60 撤去 70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他	

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	循環ポンプ	1	IHIシロウラ支給品	

1	基本・据付・点検・性能・ (見積書No.)	
2	技術料 4H× 1名× 7500円	30000
3	派遣料 22km 名× 円	2200
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6		

サービスセンター 京都 S/C TEL0752830410

実施者 渡辺

メモ

IHI

特記事項

5月26日 4/11 枚

①管理 No. 777814

②作業日 20 16 05 16

③Uコード 0774443143

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 14070119

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32-202-1

⑨実施SC 68

⑩技術者 24

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代
⑭ B	技術料等
⑮	
⑯	税別合計金額
⑰	消費税
ご請求金額 ¥	
納品書 No. 1494	