

D 作業報告書

お得意様 (株) IHI シバウラ	様	ご承認印 (印)
住所 岡山県		安田
TEL 086-944-6528	室名	依頼 様
機種 型式	修理サポート	号機
継続	有料	無料
取扱業者名 (株) IHI シバウラ	様	ご担当者 安田 様

ご依頼内容・現象

BC-171 わかばD/C
TE314 加圧異常

原因・装置内・タリ内清掃
給水ホース清掃
ドアロック交換

処置・ドア調整
試運転及び点検
PCDテスト OK

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 20 16 年 07 月 21 日

保守形態

1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	6 点検
☒	☒	☒	☒	☒	☒

サービス形態

1 保守期間	2 保守期間	3 CM	医療機器	区分	特管	非特管
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

作業区分

00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検	60 撤去移設
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No.)
2	技術料	6 H×1 名×5,000円
3	派遣料	名×円
4	宿泊費	泊×名×円
5	諸経費	
6		

サービスセンター	岡山	実施者	西村
TEL	-		

部署長	入力	検印	納品書
	小林	佐藤	久保

メモ

特記事項

①管理No. 786290

②作業日 20 16 07 21

③Uコード 0869446528

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造No.

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 99-999-9

⑨実施SC 41

⑩技術者 28

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳	
⑬A	部品代 0
⑭B	技術料等 30,000
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額 30,000
⑱	消費税 2,400
ご請求金額 ¥ 32,400	

納品書No. 3418