

D 作業報告書

お客様 歯科よしおか様	ご承認印
住所 京都府相楽郡新井町38	
TEL 0774-95-4181	ご依頼 様
機種 IC CLAVE	運転 回数 21 回
完了 ☒ 継続 ☐ 有料 ☒ 無料 ☐ 製番 100230	
取扱業者名	ご担当者 様

ご依頼内容・現象
排水ホースを接続した状態で水の出が
悪い

原因
排水タンクと給水タンクを間違えていた
ためホースをこしても給水タンク内の水が
入らないと思っていたらしい。

処置
排水タンク内確認 清掃 異常ない
エラー12 扉ロック異常が出たことによる
確認と試運転 (いつもより派手物か
タカがた ことも考えられる)
異常が再現されないので様子見

最終確認チェック ☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作
☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言	貴の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 図紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 17 年 5 月 10 日

保守 形状	1 保守 契約	2 点検 整備	3 性能 点検	4 点検 整備	5 点検 整備	9 点検 整備 (摘要)
サービス 形状	1 保守 契約	2 点検 整備	3 CM	医療 機器	区分	特 許 管 理
作業 区分	90 製品 改造	10 納入 設置	11 現場 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検 整備
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC
						50 点検 整備
						60 撤去 移送
						80 アフ ター
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 月 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検 (見積書No.)	
2	技術料 2 H × 1 名 × 7500 円	15000
3	派遣料 35 km × 2 名 × 100 円	7000
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費	3000
6	有料高速代 1540 円 × 2	3080

サービス
担当者 京都 S/C
TEL - -

実施
者 渡辺

メモ
IH1

特記事項
5月15日 18 枚

①管理 No. 790656

②作業日 20 17 05 10

③Uコード 0774954181

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100230

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 64-126-8

⑨実施 SC 68

⑩技術者 24

⑪同行・応援

⑫原因・処理 4-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 28080
⑮	
⑯	
税別合計金額	28080
消費税	2246
ご請求金額 ¥	30326
納品書 No.	1088