

D 作業報告書

お客様 尾波矯正歯科	様	ご承認印 (印) IHI
住所 京都府宇治市広野町62-1		宅印
TEL 0774-44-3143	署名	依頼 様
機種 WD-150	号機	運転 回数
完了	継続	有料
無料	製番	14070115
取扱業者名	様	ご担当者

ご依頼内容・現象
異音カッて全部の表示が切れて
動かない

原因
温水循環回路のチューブ破損により
水が漏れ出て漏電ブレーカーが作動した。

処置
・代替機の入替えと
・試運転
E/49992

最終確認チェック
☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 音響・E ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 20 16 年 1 月 21 日

保守 形態	1 保守契約 2 性能点検 3 点検 4 点検 5 点検 9 (摘要)
サービス 形態	1 保守期間 2 歩下 3 CM 医療機器 区分 待 非待
作業 区分	60 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 点検 60 除去 70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能・ (見積書No.)	
2	技術料 4H× 1名× 7500円	30000
3	派遣料 22km×2日× 100円	4400
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6		

サ
ビ
ス
セン
タ
ー
京
都
TEL 075-283-0410

実
施
者
渡辺

メモ
IHI

特記事項
11月28日 17:18 枚

①管理 No. 781340

②作業日 20 16 01 21

③Uコード 0774443143

④⑤機種コード 11-09

⑥製造 No. 14070115

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 10-126-1

⑨実施SC 68

⑩技術者 24

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬A	部品代
⑭B	技術料等
⑮	
⑯	
税別合計金額	34400
消費税	2752
ご請求金額 ¥	37152
納品書 No.	8576