

D 作業報告書

お客様 いなり矯正歯科 様	ご承認印 (居波)
住所 京都府宇治市広野町東裏621	
TEL 0774-44-3143	署名 ご依頼 様
機種 型式 IC Waher	号機 運回回数 回
完了 継続 有料 無料 製番	
取扱業者名 様	ご担当者 様

ご依頼内容・現象

中段スプリーアームの回転が異なるとき

原因

ジョイントゴムの劣化と思われる

処置

○スプリーアームの取外し点検清掃
 ○中段ジョイントゴムの劣化のため
 交換取付
 ○槽内スリーナー シリコン脱落により
 スリーナー交換

最終確認チェック
☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 20 18 年 7 月 16 日

保守 形態	1 保守契約 2 事後点検 3 点検 4 点検 5 点検 9 計測 (摘要)
サービス 形態	1 保守期間 2 保守 3 CM 医療機器 区分 待 非特管
作業 区分	00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 点検 60 撤去 70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 PC 80 7フ 90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

メモ

IHI

特記事項

7月12日 2/6枚

①管理No. 804383
 ②作業日 20 18 07 16
 ③Uコード 07744443143
 ④⑤機種コード 11 - 74
 ⑥製造No.
 ⑦保守・サービス形態 9-2-50
 ⑧故障コード 23-123-1
 68-110-1
 ⑨実施SC 68
 ⑩技術者 24
 ⑪同行・応援
 ⑫原因・処理 1-9-1-2

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	フィルタ-3	1		IHI支給品
	ジョイントゴム	1		

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 1H 1名×8000円	8000	
3	派遣料 22km 各×100円	2200	
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費	3000	
6			

サービスセンター 京都S/C TEL 075-283-0410	実施者 渡辺
---------------------------------------	-----------

部署長 (渡辺)	検印	入力 (小林)	納品書 (久保)
-------------	----	------------	-------------

料金内訳

⑬ A 部品代	0
⑭ B 技術料等	13200
⑮	
⑯ 別割合附金額	13200 #3200
消費税	1056

ご請求金額 ¥ 14256

納品書 No. 2990