

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 しみず歯科医院 御中 製造番号 100228
100256
住所 奈良県大和郡山市筒井町587
点検日 2018年12月12日
点検時間 ～ 点検者 桐野

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

しみず歯科医院

〒639-1123 奈良県大和郡山市筒井町587

TEL0743-56-6486 FAX0743-84-9600

2018年12月19日

ご署名

印

本作業にて知りえた個人情報、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528