

《不具合対応報告書》

担当者: 小山

【発生日】 2019 年 6 月 7 日
【対応日】 2019 年 6 月 7 日
【連絡元】 ☒モリタ (担当者: 梅原)
☐ユーザー
☐その他 ()
【ユーザー名 & 県名】

わかばデジタルクリニック 京都

BC-17

IC Washer【機番: 】

IC Glove【機番: 14060101】

【症状】

【症状】

ドアが閉まらない

【対応方法】 ☐引取り修理 (代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【対応方法】 ☐引取り修理 (代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】 ☐水

☐水 & お湯

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他 ()

【ラック種類】 ☐標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【滅菌バッグ】 ☐ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレー棚

☐網バスケット

【備考】

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】

ドアクランク部分が正常な位置に
戻っている。