

◎ 作業報告書

お得意様	いかなみ 矯正歯科		様	ご承認印	
住所	京都府宇治市広野町東62-1				
TEL	0774-44-3143	箸			
機種名	熱気滅菌装置		メーカー	E110	
型式	BC-17 (号機)		製番	14070140	
完了	継続	有料	無料	保証回数	3092 回

ご依頼内容・現象		（ご依頼者 様）	
ドアが開まらない （ドアフックが動かない）			
原因			
ドアハンドルのクラッチの玉が外れ穴にもどらないためハンドルを回してもフックが動かない			
処置			
☐ 部品交換（右記部品一覧を参照して下さい）			
☐ 各部増締め		☒ 分解・再セットアップ	
☐ グリスアップ		☐ 動作確認	
☐ 点検表に基づく点検整備（別紙点検表を参照して下さい）		☐ 設定・プログラムの確認	
☐ 性能検査立ち会い		☒ 試運転	
		☐ 最終検査終了・異常なし	

お客様への伝言

作業日 20 年 月 日

保形 守態	1 保守契約	2 仕様 性能	3 仕様 性能	4 仕様 点検	5 点検	9 保守 力	(摘要) ✓		
	サ一 ス形態	1 保守 期間	2 仕様 性能	3 CM	医療 機器			区分	
作業 区	業分	00 製品 品価	10 納入 数量	11 現調 数量	20 月別 点検	30 性能 点検	40 点検	50 コル ム	60 脱走 設備
		70 PR	72 取扱い 説明	73 改造	74 部品の 納入	75 下見	77 FC	80 アー ク	90 その他

受 付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コ	一	下	交換部品・機材名称	数量	単 価	金 額
---	---	---	-----------	----	-----	-----

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技能料 2 H × 1名 × 10400 円 (休日料金)	20800
3	派遣料 22km 名 × 100 円	2200
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費	3000
6		

サード・マニタリー

京都

TEL 075-283-0410

実地者

渡辺

取提藥者（潘求先）

管理№ 808347

(支店名)

〈ご担当者〉

(注文No.)

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社
TEL 027-4013 提携県千曲市小島3171-5
FAX 027-273-0721 FAX 027-273-4074

林田 隆史	佐藤 隆史	つくし 隆史	池田 隆史	大西 隆史	相澤 隆史
松田 隆史	佐藤 隆史	つくし 隆史	池田 隆史	大西 隆史	相澤 隆史
林田 隆史	佐藤 隆史	つくし 隆史	池田 隆史	大西 隆史	相澤 隆史
林田 隆史	佐藤 隆史	つくし 隆史	池田 隆史	大西 隆史	相澤 隆史
林田 隆史	佐藤 隆史	つくし 隆史	池田 隆史	大西 隆史	相澤 隆史

洗浄・滅菌装置委託・医療機器洗浄・滅菌テスト
〒306-0002 長野県上田市信宮260-0
TEL 0260-27-2230 FAX 0260-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
〒307-0015 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 926-273-4110

エムシーメディカルケア株式会社

料 金 内 訳

⑬ A			
A	部品代		

技術料等	26000
------	-------

15			
----	--	--	--

税別合計金額	26000
--------	-------

消費税	2080
-----	------

ご請求金額 円	28080
---------	-------

納品書№	
------	--

C 实施者→營業