

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 年 月 日

機種/型式	wb-150		
作業年月日	2019年11月8日		作業時間： Hr
顧客名	わかばデングリニョ7 様		TEL：
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14080/45	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エアー循環、K圧低下 ※ 11月5日 AM 8:58, 11月6日 AM 9:03, PM 12:35, 11月8日 AM 9:22		
原因		
処置、作業内容		
・仁工利、洗剤、流量計確認。 ・循環ポンプ単独運転確認、スヤル/スW動作確認。 ・単独消毒工程運転確認、90分×5分工程運転確認。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

安井悦子

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者