

## 作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

|        |                                                              |         |                                                              |         |               |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 管理No.  | 1233                                                         | 作業日/納入日 | 2021/03/30(火)                                                | ご依頼日/受付 | 2021/03/29(月) |
| お得意様   | いなみ矯正歯科 様                                                    |         |                                                              | ご依頼者    | 様             |
| 住所     | 京都府宇治市広野町東裏62-1                                              |         |                                                              | 室名      |               |
| TEL    | 0774-44-3143                                                 |         |                                                              | 保守契約    |               |
| 実施センター | 京都SC                                                         | TEL     | 075-632-8000                                                 | 作業者     | 渡辺勝好          |
| 応援     |                                                              | 応援      |                                                              | 応援      |               |
| メーカー   | IHIアグリテック                                                    | 型式      | BC-17 1                                                      |         |               |
| 機種名    | 小型高圧蒸気滅菌器                                                    | 医療機器区分  | 3区分                                                          | 特定保守    | 該当            |
| 作業区分   | 修理                                                           | 製造番号    | 14070140                                                     | 運転回数    | 4655 回        |
| 完了・継続  | <input checked="" type="radio"/> 完了 <input type="radio"/> 継続 | 有料・無料   | <input checked="" type="radio"/> 有料 <input type="radio"/> 無料 |         |               |
| 請求先    | 株式会社IHIアグリテック                                                |         |                                                              | 注文No.   |               |
| 支店名    |                                                              | ご担当者    | 小山 様                                                         | 見積No    |               |
| 連絡事項   |                                                              |         |                                                              |         |               |

|          |           |       |    |                      |
|----------|-----------|-------|----|----------------------|
| ご依頼内容・現象 | 缶体真空異常    |       | 原因 | 給水電磁ポンプ内ストレーナーのゴミ詰まり |
|          | エラーNo・コード | No.30 |    |                      |

|    |                                                   |                                          |                              |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 処置 | <input type="checkbox"/> 部品交換                     | <input type="checkbox"/> 各部増締            | 給水電磁ポンプ分解ストレーナーの清掃<br>取付、試運転 |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> 各部清掃          | <input type="checkbox"/> グリスアップ          |                              |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> 動作確認          | <input type="checkbox"/> 設定・PG確認         |                              |
|    | <input type="checkbox"/> 点検表に基づく点検整備<br>(別紙点検表参照) |                                          |                              |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> 試運転           | <input checked="" type="checkbox"/> 異常なし |                              |

| 交換部品 | 部品コード | 交換部品 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------|-------|------|----|----|----|----|
|      |       |      |    |    |    |    |
|      |       |      |    |    |    |    |
|      |       |      |    |    |    |    |
|      |       |      |    |    |    |    |
|      |       |      |    |    |    |    |
|      |       |      |    |    |    |    |
|      |       |      |    |    |    |    |
|      |       |      |    |    |    |    |
|      |       |      |    |    |    |    |

|      |     |                               |                         |          |    |          |          |
|------|-----|-------------------------------|-------------------------|----------|----|----------|----------|
| 作業費用 |     |                               |                         | 円        | 合計 | 部品合計     | 円        |
|      | 技術料 | 平日                            | 3.0 H X 1 名 X 8,500 円 = | 25,500 円 |    | 作業合計     | 32,100 円 |
|      | 派遣料 | 1.0 名 X 100 円 X 36 km X 1 回 = | 3,600 円                 |          |    | 円        |          |
|      | 宿泊費 | 泊 X 名 X 円 =                   | 円                       |          |    | 円        |          |
|      | 諸経費 |                               | 3,000 円                 | 税別合計金額   |    | 32,100 円 |          |
|      |     |                               | 円                       | 消費税(10%) |    | 3,210 円  |          |
|      |     |                               | 円                       | ご請求額     |    | 35,310 円 |          |
|      |     |                               | 円                       |          |    |          |          |

|                                     |        |                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 作業者                                 | お客様サイン | 責任技術者                               | 検印                                  | 納品書                                 |
| <input checked="" type="radio"/> 渡辺 | 居波薫    | <input checked="" type="radio"/> 渡辺 | <input checked="" type="radio"/> 長川 | <input checked="" type="radio"/> 久保 |

|        |
|--------|
| 納品書No. |
| 10919  |