

点検・修理報告書

管理 No. 210693

発行日: 2022年1月21日

IC Clave	
作業年月日	2022年1月20日 作業時間: 8 Hr
顧客名	矢野歯科医院 様 TEL: 0774-44-7234
所在地	京都府宇治市伊勢田町名木3-1-4 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2018 年 8 月 8 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100349	運転回数: 2797回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 4 真空時間オーバー異常が発生した。		
原因		
・真空ポンプが故障しておりました。		
・真空ポンプの故障により、規定時間内に規定圧力に到達せず、エラー 1 4 が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・真空ポンプを交換しました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2022 年 2 月 3 日

ご署名 佐藤 珠里那 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	瀬崎
'22/01/21	'22/01/21	'22/01/21