

シバウラ用



株式会社IHインバウラ

環境事業部 環境第一主義GL

704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新堀20番6

TEL 086-944-8528
FAX 086-942-8030

クラスB オートクレーブ BC-17設置報告書

お客様	名称 弘部歯科医院	製造番号 13090023	
	住所 京都府久世郡 久御山町藤和田村西7-11 納入場所 2階	納入検査実施日 2014.05.29 納入検査実施者 エムシーサビス株式会社 渡辺	

目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	臺板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	行程表示LEDの点灯
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	網カゴ、破壊汚れ		✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・濡れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ		✓	運転プログラムの確認
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	入力・出力確認
排水タンク	✓	タンクの汚れ・濡れ	性能評価	✓	B & Dテスト実施
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	リークチェックテスト -86.5 → -86.2 kpa
異常なし ✓			その他	✓	付属品の確認
				✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音

[illegible]