

点検・修理報告書

管理 No. 210513
発行日： 2021年11月4日

IC Clave	
作業年月日	2021年10月20日 作業時間： 8 Hr
顧客名	鶴見大学歯学部附属病院総合歯科 II 様 TEL： 045-580-8538
所在地	神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2017 年 6 月 2 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 100246	運転回数： 2398回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・オートオフが作動しない。		
原因		
・10回以上運転しましたが、再現しませんでした。		
・運転中に排水タンクが満水になり、「排水タンクが満水です。」が表示されると、オートオフには移行しません。 (給水タンク満水の時も同様です。)		
・運転中に排水タンクが満水になったと考えられます。		
処置、作業内容		
・オートオフ運転を開始する前には、排水タンクの水を抜いてから開始するようにお願いいたします。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 11 月 17 日

ご署名 山 口 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	福住
'21/11/4	'21/11/4	'21/11/4