

株式会社IHI物流産業システム
環境ソリューションBU サービスグループ

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブ INC Clave
設置報告書・納品検査記録表

顧客情報	施設名称:	いほけし眼科 様	納入情報	製造番号:	200029
	所在地:	北海道札幌市豊平区平岸1条1丁目1-30		納品設置日:	2021年11月18日
	ご連絡先:	011-827-6002		納入検査担当者:	HN 宮下

1. 外観検査

項目	OK	NG	コメント
- 設置スペースは確保されているか (右90mm, 左50mm, 後75mm, 上250mm 以上)	☒	☐	
- メーカー規定の電源が用意されているか (単相 AC200V 15A)	☒	☐	
- 本体・付属品に不備がないか	☒	☐	
- 設置時にガタつきがないか	☒	☐	

2. 動作・運転確認

項目	OK	NG	コメント
- ドア開閉時に異常がないか	☒	☐	
- 給水タンクLOWセンサーが正常に作動するか	☒	☐	
- 給水タンクHIGHセンサーが正常に作動するか	☒	☐	
- 排水タンクHIGHセンサーが正常に作動するか	☒	☐	
- 圧力ゼロ設定を実施したか	☒	☐	
- バキュームテスト運転	☒	☐	
- 134℃ 乾燥運転	☒	☐	
- 運転時間は適切であったか(60分以内)	☒	☐	
- C-PCDが全て黄→黒に変色したか	☒	☐	インジケータ貼付欄 
- 給水タンク内の排水をおこなったか	☒	☐	
- 排水タンク内の排水をおこなったか	☒	☐	

- ☒ 納入設置完了しました。
☒ 取扱いについて説明をおこないました。
☒ メンテナンスについて説明をおこないました。

年 月 日

ご署名欄

