

注文書(注文請書)

注文書発行日 2019/10/7

注文先 コード 10004960

FAXNo. 056-942-9210

(FAXを送信したらレを入れる)

注文書No. 69LN200669

株式会社 IHIAグリテック 岡山事業所

御中

貴社担当者名 殿

出荷先

石川県金沢市桜月2丁目1番地

〒

日本光電工業(株) 中部支店
金沢営業所
〒 920-0057
住所 金沢市桜田町1-100
TEL 076(232)7500
FAX 076(232)0012

石川県立中央病院

〒

076-237-8211

納入先

石川県立中央病院

〒

着荷希望日 2019年10月17日

所長 担当 営業事務担当
森崎 魚野 大内

日本光電 注文書
御社 注文請書
FAX 送付(FAX)

NO.	品目コード	商品名・型式	業務承認No.	数量	単位	単価(円)	金額(円)
1	#SE/	空気清浄機修理 E2-100P		1	台	39,200	39,200
2							
3							
4							
5							

支払条件 通常 納期 20 日 支払月 1 月 支払日 31 日 金庫 サイバ

注文先・営業所間の連絡事項

選択条件	通常	納期	支払月	支払日	金庫	サイバ
① 金額	100,000	未済	20	1	31	償込
②		以上	20	5	31	期日払

注文請主

本書の通り、注文を受けました。
つきましては捺印の上、注文請書として送付(FAX)致します。
納期は、 年 月 日となります。

*注文書の業務承認No.が未記入の場合、お手数ですがご記入願います。

日本光電

元払

福山通運

荷物領収原票

19年 10月 11日

(076)232-7500

お 石川県金沢市
届 桜田町1-100け
先 日本光電工業株式会社
中部支店 金沢営業所 魚野様 様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11H3000-067
eZ-100
010603
点検修理完了機
石川県立中央病院様

お問い合わせ番号: 77-8336-7863

サービスG 富田



30kg

a 7 7 8 3 3 6 7 8 6 3 0 1 a 発店 517 1個口

(076)232-7500

お 石川県金沢市
届 桜田町1-100け
先 日本光電工業株式会社
中部支店 金沢営業所 魚野様 様(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11H3000-067
eZ-100
010603
点検修理完了機
石川県立中央病院様

お問い合わせ番号: 77-8336-7863

サービスG 富田



a 7 7 8 3 3 6 7 8 6 3 0 1 a 発店517 No. 6786

1

1 個

荷 札 元払

19年 10月 11日

福山通運

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2019年10月11日

株式会社IHIアグリテック

配布先	納入先	日本光電工業株式会社 中部支店 金沢営業所 様	機種	eZ-100P
客先	代理店名		機番	010603
環営メ	顧客名	石川県立中央病院 様	製造年月日	平成26(2014)年9月
環品	修理者	富田	アワメータ	
計	返送先	日本光電工業株式会社 中部支店 金沢営業所 様	発送日	2019年10月11日

点検、処置内容


[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置 (受取日 2019年9月4日)

吸引力が弱い。フィルターはきれい。

(点検結果・処置内容)

1. コントローラーの故障が原因で、DCブロアー (循環ファン) の動力の供給異常が発生して、ブロアーが回転出来なくなっていました。
コントローラーの交換を行いました。

交換したコントローラー



【その他】 キャスター付きで装置が発送されてきていました。輸送事故による
キャスター破損防止の為、装置返却時は取り外して返却します。
予めご了承ください。

[2] 運転検査

1. 吸引運転作動確認・・・正常
流量 7.0 L/min オゾン濃度 18 ppm オゾン発生量 16.3 mg/h (規格 15 mg/h)
2. くん蒸運転作動確認・・・正常
流量 18.0 L/min オゾン濃度 310 ppm オゾン発生量 720 mg/h (規格 540 mg/h 以上)
3. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・合格

その他

付属品 ; 電源コード・リモコン・キャスター 4ヶ・クリップ

交換部品

承認				
環PJ営業 2019/10/11 若井				
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
環PJ営業 2019/10/11 若井		コントローラー	1枚	
作成				
環PJサービス 2019/10/11 富田				